



भिमाद नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय  
भिमाद, तनहुँ, गण्डकी प्रदेश, नेपाल



## क्याटलग र ब्रोसर सपिङ्ग विधिवाट भिडियो एक्स-रे मेसिन खरिदका लागि सुचिकृत हुन आहान गरिएको सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०३/०९

भिमाद नगरपालिका अन्तर्गतको भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाट गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि देहाय वमोजिमको भिडियो एक्स-रे मेसिन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तथा अन्तर्गत नियमावली, २०६४ बमोजिम भिडियो एक्स-रे मेसिन उत्पादक कम्पनी वा सोको आधिकारिक विक्रेताहरु विच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने(क्याटलग सपिङ्ग) विधि बाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले देहाय वमोजिम भिडियो एक्स-रे मेसिनको उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताहरु बाट भिडियो एक्स-रे विक्रि गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय बाट प्राप्त भएको अनुमति पत्र, सोको अद्यावधिक नविकरण भएको पत्र, आधिकारिक विक्रेताको प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा नं(PAN) तथा मूल्य अभिवृद्धि करदर्ता प्रमाण पत्र, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्मको कर चुका प्रमाण पत्र, सम्बन्धित कार्यअनुभवको प्रमाण पत्र, उत्पादनको आधिकारिक प्राविधिक स्पेशिफिकेशन, मुल्य, गुणस्तर तथा सुविधा सहितको विवरण(क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखि यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ औ दिन अर्थात मिति २०७६/०३/१६ गते कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सुचिकृत प्रयोजनका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१.ख बमोजिम आहान गरिएको छ। दर्ता भएका सुचिकृत आफुर्तिकर्ता हरु बाट मात्र खरिदको लागि सिलबन्दि प्रस्तावहरु माग गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ। पुनश्च: विस्तृत स्पेशिफिकेशनको जानकारीका लागि कार्यालयको वेब साईट ([bhimadminu.gov.np](http://bhimadminu.gov.np)) मा हेर्न वा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

क्र.स.	संक्षेप विवरण	कैफियत
१	<p>Display not less than ३०cm (१२") colour LCD display Full alphanumeric keyboard. Probe connector: at least २ probe connector.</p> <p>Shall come with १ unit of broad bandwidth of २ - ५MHz. not less than ३०cm scan depth, convex array probe for OB/GYN and abdominal application. Shall come with १ unit of broad bandwidth of ५ - १० MHz. not less than ९cm scan depth, linear array probe for small part and superficial scanning application. Shall come with १ unit of broad bandwidth of ५ - ८ MHz. not less than १०cm scan depth, endo-vaginal probe for OB/GYN endo-vaginal scanning application.</p>	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत